

**RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARE**

La invitația de participare nr. 22972 din data de 12.08.2014 privind achiziția de **“Reactivi, sticlărie, truse cu reactivi pentru determinări, materiale pentru laboratoare chimice, necesare pentru desfășurarea proiectului POSDRU 132397”** au fost solicitate următoarele clarificări:

**Întrebarea 1:**

*“La poz. 45 – ce trusă de amoniu vreți? Ce domeniu? Determinare colorimetrică sau fotometrică?”*

**Răspuns 1:**

Trusa pentru determinare amoniac necesara, trebuie sa citeasca concentratii inalte (0-100 mg/l) si sa fie o Trusa reactivi cu 300 teste pentru metoda fotometrica ( pe baza de reactiv Nessler) .

**Întrebarea 2:**

*“La poz. 53 – Ce doriți? Membrane filtrante esteri de celuloză?”*

**Răspuns 2:**

Da, se dorește achiziționarea de **Membrane filtrante esteri de celuloza**

**Celelalte condiții din caietul de sarcini rămân neschimbate.**

Întocmit,  
Prof. Dr. Ing. Maria Vlad