

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Nr. Inregistrare ... 33698
Data INTRARE ... 27.10.2015

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARE

La invitația de participare nr. 33136 din data de 22.10.2014 privind achiziția de „Debitmetru pentru aer comprimat, compresor pentru aer, covor din cauciuc, pulbere abrazivă pentru sablare (proiect PERFORM 138963)” a fost solicitată următoarea clarificare:

Întrebare:

Pentru LOTUL 1 (Debitmetru pentru aer comprimat) solicitam următoarele clarificari:

- principiul de masurare;
- precizia de masurare;
- diametrul conductei.

Răspuns:

- principiul de masurare;==== calorimetric (sau altul, exclus mecanic)
- precizia de masurare;==== mai buna de +/- 5% din volumul masurat
- diametrul conductei.==== 1/2" (DN15)

Celelalte condiții din caietul de sarcini rămân neschimbate.

Întocmit,
Conf. dr. ing. Sorin Ciortan

